DMA
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

# NÁVOD K POUŽITÍ

KOMBINOVANÉ KŘESLO DO SPRCHY A NA WC

# 808, 808 C

CE


a Distributor pro Českou republiku:
**DMA PRAHA s. r. o.**
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

e info@dmapraha.cz
w www.dmapraha.cz

t +420 323 610 610

**ELBUR VERTRIEBS GmbH**, Askanierweg 12 a, 32429 Minden, Germany


V5.2020.06

## POUŽITÍ

Kombinované klozetové a sprchové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům toaletu a osobní hygienu, eliminuje riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavený sprchový kout nebo WC.

## POPIS

Duralový rám křesla je doplněn omyvatelným vyměkčeným sedátkem s výřezem a opěrkou zad, plastovou toaletní nádobou (ACC/5A), dvoudílnými odklopnými a odnímatelnými podnožkami s výškově stavitelnými stupačkami, odklopnými polstrovanými područkami a madly pro tlačení. Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky s nášlapnou brzdou. Model 808 je vybaven rychloupínacími zadními poháněcími plnými koly s obručemi.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Před používáním křesla si pročtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.
Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.
Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 100 kg (viz štítek).
Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 90 kg.
Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.
Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.
Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků.
Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.

## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám křesla, čtyři otočné vidlice s kolečky, dvě odnímatelné podnožky se stupačkou, opěrka zad s područkami, sedák s oddělitelnou centrální částí, plastová toaletní nádoba s víkem ACC/5A, dva aretační šrouby k připevnění opěrky zad a dvě zadní poháněcí kola s rychloupínací osou (u modelu 808).

## SLOŽENÍ KŘESLA

Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Vyšroubujte šrouby (1) na zadní straně, spodní část opěrky zasuňte do otvorů v rámu (A) a šrouby (1) dotáhněte. Vytáhněte aretační „E“ pojistku (2), zasuňte kolečko do otvoru v rámu (B), nastavte požadovanou výšku křesla a pojistku zasuňte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou. U modelu 4145 připevněte zadní kola stisknutím plastové krytky pojistky rychloupínacího zámku ve středu kola (2) a kola zasuňte a zacvakněte do úchytů. Nasaďte podnožky na úchyty v přední části rámu (C) a otočte směrem dovnitř až zapadne bezpečnostní pojistka (4) (podnožky odklopíte uvolněním této pojistky). Pro nastavení výšky stupačky povolte a opět utáhněte šroub (5). Nyní je křeslo připraveno k použití.




Nasazení opěrky zad




Připevnění koleček a nastavení výšky sedu

Připevnění zadních kol




Připevnění a nastavení výšky stupaček

## MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU

Pro použití křesla sundejte centrální oddělitelnou část a odstraňte víko plastové nádoby. Nádobu pak lze vysunout z držáků pod sedákem směrem dozadu.

## ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a bezpečnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jistících prvků, koleček i brzd a odstraňovat mechanické nečistoty všech částí. Doporučujeme občasné promazání pohyblivých částí (olej WD 40).

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.